



TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU
NÜKLEER ENERJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İKİNCİL STANDART DOZİMETRİ LABORATUVARI
LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI PLANI
(TS EN ISO/IEC 17043)

Yayımlanma Tarihi	20.04.2026
Dönemi	2026 - 2027

Karşılaştırma Çalışması Tanımı	Çalışma Kapsamı	Maksimum Katılımcı Sayısı	Referans Değer Sağlayıcısı	Metot	Planlanan başlangıç tarihi
Hava Kerma Ka Ortam Dozu Eşdeğeri Hızı H*(10)	Nicelik : Ka ve H*(10) Enerji aralığı : 20keV – 1.25 MeV Açı aralığı : - Doz/Doz hızı aralığı : 1 mSv/h – 20 mSv/h	5	TENMAK NÜKEN İSDL	Katılımcıların rutin kalibrasyon metotları	Nisan 2026
Kişisel Dozimetri Servisleri Ekstremiteler dozimetreler (foton ve beta) – cilt ve göz lensi doz değerlendirme	Nicelik : Hp(0,07) ve Hp(3) Enerji aralığı : 20 keV-1.25 MeV Açı aralığı : 0° - 60° Doz/Doz hızı aralığı : 0,5 mSv – 200 mSv	20	TENMAK NÜKEN İSDL	Katılımcıların rutin değerlendirme metotları	Aralık 2026
Kişisel Dozimetri Servisleri Ekstremiteler dozimetreler (foton ve beta) - doz değerlendirme	Nicelik : Hp(10) ve Hp(0,07) Enerji aralığı : 20 keV-1.25 MeV gama ve beta enerjileri Açı aralığı : 0° - 60° Doz/Doz hızı aralığı : 0,5 mSv – 200 mSv	20	TENMAK NÜKEN İSDL	Katılımcıların rutin değerlendirme metotları	Mart 2027
Kişisel Dozimetri Servisleri Tüm vücut dozimetreler (foton ve beta) - doz değerlendirme	Nicelik : Hp(10) ve Hp(0,07) Enerji aralığı : 20 keV-1.25 MeV gama ve beta enerjileri Açı aralığı : 0° - 60° Doz/Doz hızı aralığı : 0,5 mSv – 200 mSv	20	TENMAK NÜKEN İSDL	Katılımcıların rutin değerlendirme metotları	Kasım 2027